

Rapportering af måleusikkerhed

Rapportering af usikkerhed

- DANAK AKKREDITERINGSBESTEMMELSE
AB 13 punkt 4: Rapportering af måleusikkerhed
 - Måleusikkerhed skal i prøvningsrapporter angives som den ekspanderede måleusikkerhed U ($k=2$)

- AB 13 punkt 4: Oplysning
 - Oplysning om usikkerhed i rapporter skal altid angives, når denne oplysning er relevant for anvendelsen

Rapportering af måleusikkerhed

- DS/EN 17025 punkt 5.10.3 c): Oplysninger om usikkerhed
 - Oplysning om usikkerhed i rapporter skal altid angives, når denne oplysning er relevant for anvendelsen (Retvisende)