



Bemyndigede laboratoriers brug af  
underentreprenører i forbindelse  
med verifikation af måleinstrumenter.

MM nr. 92  
03.02.1997

Et dansk bemyndiget laboratorium kan få tilladelse til, at anvende underentreprenører i forbindelse med verifikationsopgaver. Som et typisk eksempel kan nævnes verifikation i forbindelse med køb/import af målere, der er kalibreret af fabrikanten.

Ved brug af underentreprenører skal følgende regler efterleves:

1. Det bemyndigede laboratorium skal indhente tilladelse til brug af underentreprenører hos Erhvervsfremme Styrelsen.
2. Underentreprenøren skal enten være myndigheden i et EØS-land eller et laboratorium, der i et EØS-land er akkrediteret til kalibrering af omhandlede målere.
3. Det bemyndigede laboratorium skal træffe forholdsregler for at sikre sig, at de modtagne ydelser fra underentreprenøren lever op til kravene. Disse forholdsregler kan bl.a. bestå af:
  - a. Før ibrugtagning af målere, der er kalibreret af underentreprenøren, skal der udtages en stikprøve fra det modtagne parti for indgangskontrol. Kontrollen skal udføres akkrediteret. Stikprøvestørrelse og kontrolomfang aftales i det enkelte tilfælde med Erhvervsfremme Styrelsen, men som retningsgivende anses AQL = 2,5 eller 4 ved niveau II normalt som acceptabelt.
  - b. Samtlige målere i partiet skal efter godkendt indgangskontrol plomberes af det bemyndigede laboratorium.
4. Det bemyndigede laboratorium er ansvarlig for udførelsen af de opgaver, som laboratoriet er godkendt til at udføre i henhold til bemyndigelsen til kalibrering, selv om disse udføres af underentreprenører.