



VOLUMEN-VÆSKEMÅLER/ANLÆG

AFPRØVNING AF KONTROLFORANSTALT-
NINGER MOD OVERLØB*) PÅ LITER- OG
PRISINDIKATOR

MDIR nr. 02.46-16, udg. 1
25. september 1992
side 1 af 1

1. FORMÅL

Denne prøvningsmetode kan benyttes til at bestemme, om der kan forekomme overløb*) af pris- og literindikeringen ved store udmålingsmængder.

2. FORUDSÆTNINGER

Generelt vedrørende måleudstyr, prøvningsbetingelser, prøvningsmiljø, forklonditionering m.v. henvises til MDIR 02.46-10.

3. PRØVNING

Enhedsprisen (literprisen) indstilles på så lav værdi, at overløb først vil ske på literindikeringen. Standeren nulstilles og udløbsslangen anbringes i en beholder med tilstrækkeligt stort volumen til at rumme den udmålte mængde eller føres retur til tank. Udmåling gennemføres indtil standeren stopper automatisk eller overløb har fundet sted.

Proceduren gentages med enhedsprisen indstillet på så høj en værdi, at overløb først vil ske på prisindikeringen.

Hvis et måleanlæg har flere funktioner, udføres prøvningen ved hver funktionsvalg.

4. KRAV

Overløb*) må ikke kunne forekomme.

P. Claudi Johansen

*) Ved overløb forstås tab af mest betydende ciffer.