
Ændring af lokation

Nr. : AML 29
Dato : 2023.05.03
Side : 1/1

Denne akkrediteringsmeddelelse vedrører ændringer af lokationer for laboratorier. Dette kan være skift af adresse, udvidelse med ny adresse, udvidelse med nyt lokale eller nedlæggelse af adresse.

Ved enhver ændring af lokation skal DANAK jf. informationspligten i AB 1 informeres snarest muligt i forløbet, som udgangspunkt senest 2 måneder før ændringen.

For at opretholde akkreditering i forbindelse med ændring af lokation gælder nedenstående:

Generelt ved ændring af lokation

Inden ændringer af lokationsforhold indsendes følgende information til DANAK:

- Beskrivelse af ændringerne af lokationen, herunder angivelse af evt. ny adresse.
- Forventet dato(-er) for ændringen.
- Beskrivelse af ændringens betydning for den akkrediterede ydelse, indeholdende tidsplan for eventuel flytning og oplysninger om udstyr, der skal verificeres eller valideres før og efter flytning, samt evt. længde af periode, hvor akkrediterede ydelser ikke kan leveres.
- Beskrivelse af hvorledes kunder/brugere af laboratoriet informeres om ændringen, hvis relevant.
- Oplysninger om faciliteter og miljøforhold, inkl. plantegning over faciliteter.
- Beskrivelse af hvordan personalets kompetencer og bemyndigelser sikres i forhold til ændringen.
- Ansøgning om ændringer i metodelisten/ måleevneskemaet hvis relevant.

Specielt for udvidelse med ny adresse

Ud over de ovenfor beskrevne oplysninger, angives følgende oplysninger:

- Beskrivelse af hvilke aktiviteter der skal udføres på ny adresse.
- Angivelse af om der benyttes allerede anvendt udstyr eller indkøbes nyt/andet udstyr.
- Angivelse af hvilken indflydelse det har på metodeliste/måleevneskema inklusive angivelse af lokationer, hvis dette ikke er gjort tidligere.

Specielt for nedlæggelse af adresse

Ud over de ovenfor beskrevne oplysninger, angives følgende oplysninger:

- Beskrivelse af nedlæggelsens omfang, herunder nedlæggelse af linjer på metodeliste/måleevneskema.
- Angivelse af om der flyttes udstyr til anden lokation, se ovenfor.

DANAK vil ud fra dette bedømme den planlagte ændring og meddele laboratoriet, om yderligere dokumentation ønskes fremsendt, og om der er behov for besøg i forbindelse med ændringen.

Den videre proces aftales med den ledende assessor.