

AML

Bedømmelse af døgnurinanalyser

DANAKs akkrediteringsdag

8. juni 2022

Betina Klint Nielsen

Ledende assessor

Baggrund

Henvendelse om bedømmelse af analyser, der udføres på døgnurin og derved bliver en beregning.

Vi vil gerne sikre at dette bedømmes ensartet.

DANAK indkaldte relevante TA til et møde, hvor dette blev drøftet.

Bedømmelse

Følgende gælder for at akkreditering kan opnås:

- Volumenbestemmelse/diuresen skal IKKE akkrediteres som selvstændig analyse, men bedømmes som en del af hele analysen.
- Der skal foreligge en usikkerhedsangivelse der inkluderer fastlæggelse af diuresen. Heri bør usikkerheden på tidsangivelsen, volumenbestemmelsen og opsamlingen indgå. (5.5.1.4)
- Der skal foreligge en vejledning til opsamling af urin (pkt 5.4.4.1 i ISO 15189).
- Der skal foreligge en vejledning til bestemmelse af diuresen/volumen af urin (pkt 5.4.4.1 i ISO 15189).

Baggrund

